

中华人民共和国国家标准

农业农村部公告第 323 号—2—2020
代替农业部 869 号公告—5—2007

转基因植物及其产品成分检测 耐除草剂油菜 MS8 × RF3 及其衍生品种 定性 PCR 方法

**Detection of genetically modified plants and derived products—
Qualitative PCR method for herbicide-tolerant rapeseed MS8×RF3
and its derivatives**

2020-08-04 发布

2020-11-01 实施



中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替农业部 869 号公告—5—2007《转基因植物及其产品成分检测 抗除草剂转基因油菜 MS8、RF3 及其衍生品种定性 PCR 方法》。与农业部 869 号公告—5—2007 相比,除编辑性修改外主要变化如下:

- 修改了标准名称;
- 修改了原理中关于预期扩增产物的表述(见第 4 章,2007 年版的第 4 章);
- 修改了普通 PCR 方法的引物序列,增加了实时荧光 PCR 方法的探针序列,删除了 PTA29 启动子的检测引物序列(见 5.13、5.14,2007 年版的 5.12);
- 修改了普通 PCR 检测反应体系和反应程序,增加了实时荧光 PCR 检测反应体系和程序(见 7.5,2007 年版的 7.5);
- 修改了 PCR 检测实验操作的技术细节(见第 7 章,2007 年版的第 7 章);
- 修改了样品检测结果分析和表述(见第 8 章,2007 年版的第 8 章);
- 增加了检出限(见第 9 章);
- 增加了资料性附录(见附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国农业转基因生物安全管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:农业农村部科技发展中心、中国农业科学院油料作物研究所、农业农村部环境保护科研监测所。

本标准主要起草人:武玉花、宋贵文、吴刚、梁晋刚、李俊、章秋艳、李晓飞、李允静。

转基因植物及其产品成分检测

耐除草剂油菜 MS8×RF3 及其衍生品种定性 PCR 方法

1 范围

本标准规定了转基因耐除草剂油菜 MS8×RF3 转化体特异性普通 PCR 和实时荧光 PCR 两种检测方法。

本标准适用于转基因耐除草剂油菜 MS8×RF3 及其衍生品种,以及制品中 MS8×RF3 转化体成分的定性 PCR 检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

农业部 1485 号公告—4—2010 转基因植物及其产品成分检测 DNA 提取和纯化

农业部 2031 号公告—9—2013 转基因植物及其产品成分检测 油菜内标标准基因定性 PCR 方法

农业部 2031 号公告—19—2013 转基因植物及其产品成分检测 抽样

NY/T 672 转基因植物及其产品检测 通用要求

3 术语和定义

农业部 2031 号公告—9—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

MS8 转化体特异性序列 event-specific sequence of MS8

MS8 的外源插入片段 5'端与油菜基因组的连接区序列,包括油菜基因组序列及转化载体 T-DNA 部分序列。

3.2

RF3 转化体特异性序列 event-specific sequence of RF3

RF3 的外源插入片段 5'端与油菜基因组的连接区序列,包括油菜基因组序列及转化载体 T-DNA 部分序列。

4 原理

根据耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体特异性序列设计特异性引物及探针,对试样进行 PCR 扩增。依据是否扩增获得预期的 DNA 片段或典型扩增曲线,判断样品中是否含有耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体成分。

5 试剂和材料

除非另有说明,仅使用分析纯试剂和重蒸馏水。

5.1 琼脂糖。

5.2 10 g/L 溴化乙锭(EB)溶液:称取 1.0 g 溴化乙锭,溶解于 100 mL 水中,避光保存。

警告——溴化乙锭有致癌作用,配制和使用时应戴一次性手套操作并妥善处理废弃物。

注:根据需要可选择其他效果相当的核酸染料代替溴化乙锭作为核酸电泳的染色剂。

5.3 10 mol/L 氢氧化钠(NaOH)溶液:在 160 mL 水中加入 80.0 g 氢氧化钠,溶解后,冷却至室温,再加水定容至 200 mL。

5.4 500 mmol/L 乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na₂)溶液(pH 8.0):称取 18.6 g 乙二胺四乙酸二钠,加入 70 mL 水中,缓慢滴加氢氧化钠溶液(见 5.3)直至 EDTA-Na₂完全溶解,用氢氧化钠溶液(见 5.3)调 pH 至 8.0,加水定容至 100 mL。在 103.4 kPa(121℃)条件下灭菌 20 min。

5.5 1 mol/L 三羟甲基氨基甲烷-盐酸(Tris-HCl)溶液(pH 8.0):称取 121.1 g 三羟甲基氨基甲烷溶解于 800 mL 水中,用盐酸调 pH 至 8.0,加水定容至 1 000 mL。在 103.4 kPa(121℃)条件下灭菌 20 min。

5.6 TE 缓冲液(pH 8.0):分别量取 10 mL 三羟甲基氨基甲烷-盐酸溶液(见 5.5)和 2 mL 乙二胺四乙酸二钠溶液(见 5.4),加水定容至 1 000 mL。在 103.4 kPa(121℃)条件下灭菌 20 min。

5.7 50×TAE 缓冲液:称取 242.2 g 三羟甲基氨基甲烷(Tris),先用 500 mL 水加热搅拌溶解后,加入 100 mL 乙二胺四乙酸二钠溶液(见 5.4),用冰乙酸调 pH 至 8.0,然后加水定容至 1 000 mL。使用时用水稀释成 1×TAE。

5.8 加样缓冲液:称取 250.0 mg 溴酚蓝,加入 10 mL 水,在室温下溶解 12 h;称取 250.0 mg 二甲基苯腈蓝,加 10 mL 水溶解;称取 50.0 g 蔗糖,加 30 mL 水溶解。混合以上 3 种溶液,加水定容至 100 mL,在 4℃下保存。

5.9 DNA 分子量标准:可以清楚地区分 100 bp~1 000 bp 的 DNA 片段。

5.10 dNTPs 混合溶液:将浓度为 10 mmol/L 的 dATP、dTTP、dGTP、dCTP 4 种脱氧核糖核苷酸溶液等体积混合。

5.11 Taq DNA 聚合酶、PCR 扩增缓冲液及 25 mmol/L 氯化镁(MgCl₂)溶液。

5.12 油菜内标准基因 *CruA* 和 *HMGI/Y* 基因引物(见农业部 2031 号公告—9—2013)

5.12.1 普通 PCR 方法引物

5.12.1.1 *CruA* 基因引物:

CruAF398:5'-GGCCAGGGCTTCCGTGAT-3';

CruAR547:5'-CTGGTGGCTGGCTAAATCGA-3'。

预期扩增片段大小为 151 bp。

5.12.1.2 *HMGI/Y* 基因引物:

hmg-F:5'-TCCTTCCGTTTCCTCGCC-3';

hmg-R:5'-TTCCACGCCCTCTCCGCT-3'。

预期扩增片段大小为 206 bp。

5.12.2 实时荧光 PCR 方法引物/探针

5.12.2.1 *CruA* 基因引物:

qCruAF:5'-GGCCAGGGTTTCCGTGAT-3';

qCruAR:5'-CCGTCGTTGTAGAACCATTTGG-3';

qCruAP:5'-AGTCCTTATGTGCTCCACTTTCTGGTGCA-3'。

预期扩增片段大小为 101 bp。

5.12.2.2 *HMGI/Y* 基因引物:

qhmg-F:5'-GGTCGTCCTCCTAAGGCGAAAG-3';

qhmg-R:5'-CTTCTTCGGCGGTTCGTCCAC-3';

qhmg-P:5'-CGGAGCCACTCGGTGCCGCAACTT-3'。

预期扩增片段大小为 99 bp。

注:qCruAP 和 qhmg-P 分别为 *CruA* 和 *HMGI/Y* 基因的 TaqMan 探针,其 5'端标记荧光报告基团(如 FAM、HEX 等),3'端标记对应的荧光淬灭基团(如 TAMRA、BHQ1 等)。

5.13 MS8 转化体特异性序列引物/探针

MS8-F:5'-CCTTGAGGACGCTTTGATCATATT-3';

MS8-R:5'-CCTTTTCTTATCGACCATGTACTC-3';

MS8-P:5'-CCGAGTTCGACGGCCGAGTACTG-3'。

预期扩增片段大小为 124 bp(参见附录 A 中的 A. 1)。

注:引物 MS8-F/MS8-R 同时用于 MS8 转化体的普通 PCR 和实时荧光 PCR 检测;MS8-P 为 MS8 转化体的 TaqMan 探针,其 5'端标记荧光报告基团(如 FAM、HEX 等),3'端标记对应的荧光淬灭基团(如 TAMRA、BHQ1 等)。

5.14 RF3 转化体特异性序列引物/探针

RF3-F:5'-AGCATTTAGCATGTACCATCAGACA-3';

RF3-R:5'-CATAAAGGAAGATGGAGACTTGAG-3';

RF3-P:5'-CGCACGCTTATCGACCATAAGCCCA-3'。

预期扩增片段大小为 139 bp(参见 A. 2)。

注:引物 RF3-F/RF3-R 同时用于 RF3 转化体的普通 PCR 和实时荧光 PCR 检测;RF3-P 为 RF3 转化体的 TaqMan 探针,其 5'端标记荧光报告基团(如 FAM、HEX 等),3'端标记对应的荧光淬灭基团(如 TAMRA、BHQ1 等)。

5.15 引物溶液:用 TE 缓冲液(见 5.6)或水分别将上述引物或探针稀释到 10 $\mu\text{mol/L}$ 。

5.16 石蜡油。

5.17 DNA 提取试剂盒。

5.18 定性 PCR 试剂盒。

5.19 PCR 产物回收试剂盒。

5.20 实时荧光 PCR 试剂盒。

6 主要仪器和设备

6.1 分析天平:感量 0.1 g 和 0.1 mg。

6.2 PCR 扩增仪:升降温速度 $>1.5^{\circ}\text{C/s}$,孔间温度差异 $<1.0^{\circ}\text{C}$ 。

6.3 实时荧光 PCR 仪。

6.4 电泳槽、电泳仪等电泳装置。

6.5 凝胶成像系统或照相系统。

7 分析步骤

7.1 抽样

按 NY/T 672 和农业部 2031 号公告—19—2013 的规定执行。

7.2 试样制备

按 NY/T 672 和农业部 2031 号公告—19—2013 的规定执行。

7.3 试样预处理

按农业部 1485 号公告—4—2010 的规定执行。

7.4 DNA 模板制备

按农业部 1485 号公告—4—2010 的规定执行。

7.5 PCR 扩增

7.5.1 普通 PCR 方法

7.5.1.1 试样 PCR 扩增

7.5.1.1.1 油菜内标准基因 PCR 扩增

按农业部 2031 号公告—9—2013 中 7.5.1 的规定执行。

7.5.1.1.2 转化体特异性序列 PCR 扩增

7.5.1.1.2.1 每个试样 PCR 设置 3 个平行。

7.5.1.1.2.2 MS8 转化体和 RF3 转化体的普通 PCR 检测反应体系相同。在 PCR 管中按表 1 依次加入反应试剂,混匀,再加 25 μL 石蜡油(有热盖功能的 PCR 仪可不加)。也可采用经验证的、效果相当的定性

PCR 试剂盒配制反应体系。

表 1 普通 PCR 扩增体系

试剂	终浓度	体积
ddH ₂ O		—
10×PCR 缓冲液	1×	2.5 μL
25 mmol/L 氯化镁溶液	1.5 mmol/L	1.5 μL
dNTPs 混合溶液(各 2.5 mmol/L)	0.2 mmol/L	2.0 μL
10 μmol/L 正向引物	0.4 μmol/L	1.0 μL
10 μmol/L 反向引物	0.4 μmol/L	1.0 μL
Taq DNA 聚合酶	0.025 U/μL	—
25 mg/L DNA 模板	2.0 mg/L	2.0 μL
总体积		25.0 μL
“—”表示体积不确定,如果 PCR 缓冲液中含有氯化镁,则不加氯化镁溶液,根据 Taq DNA 聚合酶的浓度确定其体积,并相应调整 ddH ₂ O 的体积,使反应体系总体积达到 25.0 μL。 若采用定性 PCR 试剂盒,则按试剂盒说明书的推荐用量配制反应体系,但上下游引物用量按表 1 执行。		

7.5.1.1.2.3 将 PCR 管放在离心机上,500 g~3 000 g 离心 10 s,然后取出 PCR 管,放入 PCR 扩增仪中。

7.5.1.1.2.4 进行 PCR 扩增。反应程序为:95℃变性 5 min;95℃变性 30 s,58℃退火 45 s,72℃延伸 45 s,共进行 35 次循环;72℃延伸 7 min;10℃保存。

7.5.1.1.2.5 反应结束后取出 PCR 管,对 PCR 扩增产物进行电泳检测。

7.5.1.2 对照 PCR 扩增

在试样 PCR 扩增的同时,应设置 PCR 阳性对照、PCR 阴性对照和 PCR 空白对照。

以耐除草剂油菜 MS8、RF3 为阳性对照(耐除草剂油菜 MS8、RF3 的质量分数为 0.1%~1.0%的油菜基因组 DNA,或耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体特异性序列与油菜内标准基因相比的拷贝数分数为 0.1%~1.0%的 DNA 溶液);以非转基因油菜基因组 DNA 作为阴性对照;以水作为空白对照。

除模板外,对照 PCR 扩增与试样 PCR 扩增相同(见 7.5.1.1)。

7.5.1.3 PCR 产物电泳检测

按 20 g/L 的质量浓度称量琼脂糖,加入 1×TAE 缓冲液中,加热溶解,配制成琼脂糖溶液。每 100 mL 琼脂糖溶液中加入 3 μL EB 溶液或适量的其他核酸染料,混匀,稍适冷却后,将其倒入电泳板上,插上梳板,室温下凝固成凝胶后,放入 1×TAE 缓冲液中,垂直向上轻轻拔去梳板。取 12 μL PCR 产物与 3 μL 加样缓冲液混合后加入凝胶点样孔,同时在其中一个点样孔中加入 DNA 分子量标准,接通电源在 2 V/cm~5 V/cm 条件下电泳检测。

7.5.1.4 凝胶成像分析

电泳结束后,取出琼脂糖凝胶,置于凝胶成像仪上成像。根据 DNA 分子量标准估计扩增条带的大小,将电泳结果形成电子文件存档或用照相系统拍照。如需通过序列分析确认 PCR 扩增片段是否为目的 DNA 片段,按照 7.5.1.5 和 7.5.1.6 的规定执行。

7.5.1.5 PCR 产物回收

按 PCR 产物回收试剂盒说明书,回收 PCR 扩增的 DNA 片段。

7.5.1.6 PCR 产物测序验证

将回收的 PCR 产物克隆测序,与耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体特异性序列(参见附录 A)进行比对,确定 PCR 扩增的 DNA 片段是否为目的 DNA 片段。

7.5.2 实时荧光 PCR 方法

7.5.2.1 试样 PCR 扩增

7.5.2.1.1 油菜内标准基因 PCR 扩增

按农业部 2031 号公告—9—2013 中 7.5.2 的规定执行。

7.5.2.1.2 转化体特异性序列 PCR 扩增

7.5.2.1.2.1 每个试样 PCR 设置 3 个平行。

7.5.2.1.2.2 MS8 转化体和 RF3 转化体的实时荧光 PCR 检测反应体系相同。在 PCR 管中按表 2 依次加入反应试剂,混匀。也可采用经验证的、效果相当的实时荧光 PCR 反应试剂盒配制反应体系。

表 2 实时荧光 PCR 扩增体系

试剂	终浓度	体积
ddH ₂ O		—
10×PCR 缓冲液	1×	2.0 μL
25 mmol/L 氯化镁溶液	2.5 mmol/L	2.0 μL
dNTPs 混合溶液(各 2.5 mmol/L)	0.25 mmol/L	2.0 μL
10 μmol/L 正向引物	0.4 μmol/L	0.8 μL
10 μmol/L 反向引物	0.4 μmol/L	0.8 μL
10 μmol/L 探针	0.2 μmol/L	0.4 μL
Taq DNA 聚合酶	0.025 U/μL	—
25 mg/L DNA 模板	2.5 mg/L	2.0 μL
总体积		20.0 μL

“—”表示体积不确定。如果 PCR 缓冲液中含有氯化镁,则不加氯化镁溶液,根据 Taq DNA 聚合酶的浓度确定其体积,并相应调整 ddH₂O 的体积,使反应体系总体积达到 20.0 μL。
若采用实时荧光 PCR 试剂盒,则按试剂盒说明书的推荐用量配制反应体系,但上下游引物用量按表 2 执行。

7.5.2.1.2.3 将 PCR 管放在离心机上,500 g~3 000 g 离心 10 s,然后取出 PCR 管,放入实时荧光 PCR 仪中。

7.5.2.1.2.4 进行实时荧光 PCR 扩增。反应程序为 95℃变性 5 min;95℃变性 15 s,60℃退火延伸 60 s,共进行 40 个循环;在第二阶段的退火延伸(60℃)时段收集荧光信号。

注:可根据仪器要求将反应参数做适当调整。

7.5.2.2 对照 PCR 扩增

在试样 PCR 扩增的同时,应设置 PCR 阳性对照、PCR 阴性对照和 PCR 空白对照。

以耐除草剂油菜 MS8、RF3 为阳性对照(耐除草剂油菜 MS8、RF3 的质量分数为 0.1%~1.0%的油菜基因组 DNA,或耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体特异性序列与油菜内标准基因相比的拷贝数分数为 0.1%~1.0%的 DNA 溶液);以非转基因油菜基因组 DNA 作为阴性对照;以水作为空白对照。

除模板外,对照 PCR 扩增与试样 PCR 扩增相同(见 7.5.2.1)。

8 结果分析与表述

8.1 普通 PCR 方法

8.1.1 对照检测结果分析

PCR 扩增中,阳性对照油菜内标准基因和耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体特异性序列均得到扩增,而阴性对照仅扩增出油菜内标准基因片段,空白对照没有扩增片段,表明 PCR 反应体系正常工作,方可按 8.1.2 进行判断。否则,重新检测。

8.1.2 样品检测结果分析和表述

8.1.2.1 试样油菜内标准基因片段得到扩增,结果分为以下 4 种情况:

- 仅耐除草剂油菜 MS8 转化体特异性序列得到了扩增,表明样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 转化体成分,表述为“样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 转化体成分,检测结果为阳性”。
- 仅耐除草剂油菜 RF3 转化体特异性序列得到了扩增,表明样品中检测出耐除草剂油菜 RF3 成分,表述为“样品中检测出耐除草剂油菜 RF3 转化体成分,检测结果为阳性”。
- 耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体特异性序列均得到扩增,表明样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,表述为“样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,检测结

果为阳性”。在单个油菜个体(如单株、单粒种子或单个叶片)中同时检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 成分,表明试样含杂交油菜 MS8×RF3 成分,表述为“试样中检测出耐除草剂杂交油菜 MS8×RF3 成分,检测结果为阳性”。

- d) 耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体特异性序列均未得到扩增,表明样品中未检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,表述为“样品中未检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,检测结果为阴性”。

8.1.2.2 试样油菜内标准基因片段未得到扩增,表明样品中未检出油菜成分,结果表述为“样品中未检测出油菜基因组 DNA 成分,检测结果为阴性”。

8.2 实时荧光 PCR 方法

8.2.1 基线与阈值的设定

实时荧光 PCR 扩增结束后,以 PCR 扩增刚好进入指数期来设置荧光信号阈值,并根据仪器噪声情况进行调整。

8.2.2 对照检测结果分析

PCR 扩增中,阳性对照油菜内标准基因和耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体特异性序列均出现典型扩增曲线,且 C_t 值小于或等于 36;阴性对照仅油菜内标准基因出现典型扩增曲线,且 C_t 值小于或等于 36;空白对照无典型扩增曲线,荧光信号低于设定的阈值,表明 PCR 检测反应体系正常工作,方可对 8.2.3 进行判断。否则,重新检测。

8.2.3 样品检测结果分析和表述

8.2.3.1 试样油菜内标准基因片段出现典型扩增曲线,且 C_t 值小于或等于 36,结果分为以下 4 种情况:

- a) 仅耐除草剂油菜 MS8 转化体特异性序列出现典型扩增曲线,且 C_t 值小于或等于 36,表明样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 转化体成分,表述为“样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 转化体成分,检测结果为阳性”。
- b) 仅耐除草剂油菜 RF3 转化体特异性序列出现典型扩增曲线,且 C_t 值小于或等于 36,表明样品中检测出耐除草剂油菜 RF3 成分,表述为“样品中检测出耐除草剂油菜 RF3 成分,检测结果为阳性”。
- c) 耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体特异性序列均出现典型扩增曲线且 C_t 值小于或等于 36,表明样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,表述为“样品中检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,检测结果为阳性”。在单个油菜个体(如单株、单粒种子或单个叶片)中同时检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 成分,表明试样含杂交油菜 MS8×RF3 成分,表述为“试样中检测出耐除草剂杂交油菜 MS8×RF3 成分,检测结果为阳性”。
- d) 耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体特异性序列均未出现典型扩增曲线或 C_t 值大于 36,表明样品中未检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,表述为“样品中未检测出耐除草剂油菜 MS8 和 RF3 转化体成分,检测结果为阴性”。

8.2.3.2 试样油菜内标准基因未出现典型扩增曲线,或 C_t 值大于 36,表明样品中未检出油菜成分,表述为“样品中未检测出油菜基因组 DNA 成分,检测结果为阴性”。

注:3 个平行的 PCR 扩增结果出现不一致的,应重做 PCR 扩增样品 2 次,最终以多数结果为准。

9 检出限

9.1 普通 PCR 方法的检出限为 0.1%(含靶序列样品 DNA/总样品 DNA)。

9.2 实时荧光 PCR 方法的检出限为 0.04%(含靶序列样品 DNA/总样品 DNA)。

注:本标准的检出限是在 PCR 检测反应体系中加入 50 ng DNA 模板进行测算的。

附录 A

(资料性附录)

耐除草剂油菜 MS8、RF3 转化体扩增产物核苷酸序列

A.1 耐除草剂油菜 MS8 转化体扩增产物核苷酸序列

1 CCTTGAGGAC GCTTTGATCA TATTCTATTA ACTACAGTAC GAATATGATT CGACCTTTGC
61 AATTTTCTCT TC CAGTACTC GGCCGTCGAA CTCGG CCGTC GAGTACATGG TCGATAAGAA
121 AAGG

注 1: 序列方向为 5'-3'。

注 2: MS8 普通 PCR 方法和实时荧光 PCR 方法用同一对引物, 5' 端下划线部分为 MS8-F 引物序列, 3' 端下划线部分为 MS8-R 引物的反向互补序列, 方框内部分为实时荧光 PCR 方法 MS8-P 探针的反向互补序列。

注 3: 1~102 为油菜基因组序列, 103~124 为外源插入片段部分序列。

A.2 耐除草剂油菜 RF3 转化体扩增产物核苷酸序列

1 AGCATTTAGC ATGTACCATC AGACATG CGC ACGCTTATCG ACCATAAGCC CA ACAAAAGTT
61 ATTGATCAAA AAAAAAAAAAC GCCCAACAAA GCTAAACAAA GTCCAAAAAA AACTTCTCAA
121 GTCTCCATCT TCCTTTATG

注 1: 序列方向为 5'-3'。

注 2: RF3 普通 PCR 方法和实时荧光 PCR 方法用同一对引物, 5' 端下划线部分为 RF3-F 引物序列, 3' 端下划线部分为 RF3-R 引物的反向互补序列, 方框内部分为实时荧光 PCR 方法 RF3-P 探针序列。

注 3: 1~42 为外源插入片段部分序列, 43~139 为油菜基因组序列。

中华人民共和国
国家标准
转基因植物及其产品成分检测
耐除草剂油菜 MS8×RF3 及其衍生品种定性 PCR 方法
农业农村部公告第 323 号—2—2020

* * *

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)
(邮政编码:100125 网址:www.ccap.com.cn)

北京印刷一厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.75 字数 15 千字
2020 年 10 月第 1 版 2020 年 10 月北京第 1 次印刷
书号: 16109·8257
定价: 18.00 元



农业农村部公告第 323 号—2—2020

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 59194261